

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 04.11.2020
Nr zlecenia 3481141317
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Tomasz Bernatowicz

Opis zgłoszenia

Problem z uruchomieniem

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	03.11.2020 09:00:00
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszający	WYSKOK KATARZYNA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00608409094
Numer seryjny	72007		
	JAS		
Kontrakt	940472543		
Opis Kontraktu	33966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
10683698	HF transmitter TXB 2 3T	1 SZT	1 SZT
10759454	TX-Box lifting equipment	0 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
04.11.2020	10:30:00	15:15:00	04:45:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Kontynuacja prac serwisowych.

Wymiana uszkodzonego komponentu TX-Box, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonanie niezbędnych kalibracji oraz testów po powyższej naprawie (funkcjonalnych oraz jakości). Wyniki powyższych są zgodne ze specyfikacją.

Dokonywanie planowanego przeglądu aparatu oraz zakończenie naprawy, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, zaplanowano na 05.11.2020. Aparat w sprawdzonym zakresie jest sprawny.

Prace serwisowe będą kontynuowane.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny



Klient wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązujących u niego segregacji.

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 04.11.2020
Nr zlecenia 3481141317
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Tomasz Bernatowicz

Data 04.11.2020	Podpis in ynier 	Podpis u ytkownika  04.11.2020
--------------------	--	--