

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 10.08.2016
Nr zlecenia 3490191780
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Piotr Zamorski

Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu - cz 3

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	20.06.2016	12:48:53
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający		
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
Kontrakt	940317453			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
7461127	APD Compressor Adsorber F70/HC-10	1 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
08.08.2016	09:00:00	09:45:00	00:45:00	Czas dojazdu
08.08.2016	09:45:00	16:00:00	06:15:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Wykonano cz. III przegląd. Wymiana adsorbera sprężarki helowej, kontrola szczelności. Dodatkowo uzupełnienie wody we wtórnym układzie chłodzenia, wykonanie obrazu dysku systemowego MRC. Kontrola szczelności układu chłodzenia. Wyniki pomiarów przewodności przewodów ochronnych, w zakresie wykonywanych prac, w tolerancji.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 10.08.2016
Nr zlecenia 3490191780
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Piotr Zamorski

Data 10.08.2016	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika