

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 24.05.2018  
Nr zlecenia 3480926177  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Dariusz Brzeziński

## Opis zgłoszenia

Prośba o dolewkę helu.

## Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	15.05.2018 15:13:21
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PRZEPIÓRA AGNIESZKA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10613748	L3 Coldhead (RDK408L3)	1 SZT	1 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
23.05.2018	16:00:00	19:00:00	03:00:00	Czas dojazdu
24.05.2018	07:00:00	10:00:00	03:00:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Wymiana głowicy helowej.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 24.05.2018  
 Nr zlecenia 3480926177  
 Nr zamówienia  
 Kontakt  
 Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Dariusz Brzeziński

Data 24.05.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika   Katarzyna Pawlak / 2018-05-24
--------------------	---	---