

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 20.04.2020
Nr zlecenia 3481090932
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Realizacja oferty wg HCS/00756/01/20

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	14.04.2020 13:14:39
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający	PRACOWNIA MR
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	61 8491 640
Numer seryjny	72007 GRA		
Kontrakt			
Opis Kontraktu			
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
10433133	Diaphragm press. vessel f. SEP 098k	1 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
20.04.2020	07:15:00	08:00:00	00:45:00	Czas dojazdu
20.04.2020	08:00:00	09:50:00	01:50:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Realizacja oferty wg HCS/00756/01/20. Wymiana naczynia wyrównawczego we wtórnym układzie chłodzenia. Uzupełnienie ciśnienia wody do wartości nominalnych.
W układzie po wymianie znajduje się jeszcze powietrze. Zostanie ono usunięte z układu przez automatyczny odpowietrznik. Na skutek usunięcia powietrza z układu może dojść do spadku ciśnienia w układzie. Konieczne będzie wtedy powtórne uzupełnienie wody do uzyskania nominalnych wartości ciśnienia.
Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 20.04.2020
Nr zlecenia 3481090932
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 20.04.2020	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika  Jo czyk / 20.04.2020
--------------------	---	---