

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 26.07.2019  
Nr zlecenia 3481027655  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Nie działa pompa chłodzenia.

## Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	22.07.2019 08:05:14
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający	KATARZYNA PAWLAK
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00785214430
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

## Użycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Użyte	Zwrot uszkodzonych
8395613	MPSU 3600 complete	0 SZT	0 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
25.07.2019	13:30:00	14:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
25.07.2019	14:00:00	16:55:00	02:55:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przygotowanie do dolewki helu w aparacie. Deaktywacja pola magnetycznego.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca niezakończona. Uszkodzenie nieusunięte. Aparat nie pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 26.07.2019  
Nr zlecenia 3481027655  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 26.07.2019	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika   Siewiera / 26.07.2019
--------------------	---	---