

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 07.02.2017
Nr zlecenia 3490200676
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu - cz. 1

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	02.12.2016	10:43:15
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający		
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt	940317453			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
07.02.2017	09:30:00	10:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
07.02.2017	10:00:00	18:00:00	08:00:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Przebieg okresowy aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano cz. 1 z 4.
W ramach przebiegu sprawdzono ciążenie uziemienia aparatu, wyczyszczono filtry w układzie chłodzenia wtórnym oraz pierwotnym, sprawdzono stan chłodzenia aparatu, wykonano testy awaryjnego wyłączenia aparatu, sprawdzono poprawność działania systemu nadzoru gradientów, wykonano testy jakości obrazowania.
Wyniki testów w tolerancji. Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 07.02.2017
Nr zlecenia 3490200676
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 07.02.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika