

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

**Adres wykonania usługi**  
Szpital Kliniczny Im. K. Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

**Data** 26.10.2021  
**Nr zlecenia** 3490273443  
**Nr zamówienia**  
**Kontakt**  
**Nr Telefonu**

**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu konserwacyjny

## Ogólna informacja

<b>Urzędzenie</b>	MAGNETOM Spectra_DE	<b>Data zgłoszenia</b>	05.10.2021	08:26:08
<b>Sygnatura</b>	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	<b>Zgłaszający</b>		
<b>Numer urzędzenia</b>	10837643	<b>Nr Telefonu</b>		
<b>Numer seryjny</b>	72007			
	JAS			
<b>Kontrakt</b>	940472543			
<b>Opis Kontraktu</b>				
<b>Nr lokalizacji</b>	060-1540000216-015	<b>Status aparatu</b>		

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
26.10.2021	09:20:00	10:00:00	00:40:00	Czas dojazdu
26.10.2021	10:00:00	15:25:00	05:25:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano czyszczenie konserwacyjne.

W ramach przebiegu sprawdzono ogólny stan układu chłodzenia, wyczyszczono filtry w układzie chłodzenia pierwotnym i wtórnym, sprawdzono stan instalacji hydraulicznej w stole pacjenta, wykonano ogólne testy jakości obrazowania.

Wyniki testów w tolerancji.

Poziom ciepłego helu w aparacie: 61.8%.

Wykonano kopie zapasów konfiguracji aparatu. Użytkownik otrzymał płytę CD z kopiami zapasów konfiguracji aparatu.

Certyfikat i protokół przebiegu zostały w wersji cyfrowej dołączone do aparatu na stronie:  
<https://fleet.siemens-healthineers.com/>

Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny



Klient wyraża zgodę na przejście odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązującej u niego segregacji.

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 26.10.2021  
Nr zlecenia 3490273443  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 26.10.2021	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika  Szalejewska / 26.10.2021
--------------------	---	--