

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
SZELEJEWSKA BEATA  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 21.07.2017  
Nr zlecenia 3480836017  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Problem komunikacji ze strzykawką.

## Ogólna informacja

Urzędzenie	SOMATOM DEFINITION AS	Data zgłoszenia	09.05.2017 11:34:24
Sygnatura	HAI00244	Zgłaszający	SZELEJEWSKA BEATA
Numer urzędzenia	8098027	Nr Telefonu	00507226507
Numer seryjny	64221 GRA		
Kontrakt			
Opis Kontraktu			
Nr lokalizacji	060-1540000216-010	Status aparatu	Aparat pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
21.07.2017	12:00:00	12:30:00	00:30:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis
------

## Tekst raportu

Zakończony monitoring. Klient nie zgłasza powtórnych problemów ze strzykawką w trakcie badań kardiologicznych. Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 21.07.2017  
Nr zlecenia 3480836017  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 21.07.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika