

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 28.03.2022
Nr zlecenia 3481287602
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu
Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Uszkodzona obudowa stołu.

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	23.03.2022 07:40:04
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszający	PAWLAK KATARZYNA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	+48785214430
Numer seryjny	72007		
	JAS		
Kontrakt	940472543		
Opis Kontraktu	33966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
28.03.2022	09:00:00	09:30:00	00:30:00	Czas dojazdu
28.03.2022	09:30:00	10:05:00	00:35:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Wizyta przy aparacie w celu weryfikacji zakresu uszkodzenia elementów obudowy. Stwierdzono uszkodzenie mocowania obudowy harmonijkowej okrywającej elektronikę stołu pacjenta. Zalecana jest jej wymiana. Na wymianę uszkodzonych elementów zostanie przedstawiona oferta.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Klient wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązującej u niego segregacji.

Praca zakończona. Uszkodzenie nieusunięte.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 28.03.2022
Nr zlecenia 3481287602
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 28.03.2022	Podpis in yniiera 	Podpis u ytkownika  Tatarzynowicz
---------------------------	---	--