

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 26.04.2021
Nr zlecenia 3481185708
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Dariusz Brzeziński

Opis zgłoszenia

Realizacja oferty HCS/00992/01/21

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	15.04.2021 16:30:00
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszający	KATARZYNA PAWLAK
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	00785214430
Numer seryjny	72007		
	JAS		
Kontrakt	940472543		
Opis Kontraktu	33966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
7389500	Respiratory Cushion compl.	1 SZT	1 SZT
10432917	PERU Physiol. ECG/Respiratory Unit	1 SZT	1 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
26.04.2021	15:30:00	16:00:00	00:30:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Realizacja oferty - wymiana modułu EKG i poduszki powietrznej. Aparat sprawny w zakresie wykonanej pracy.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.


Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Klient wyraża zgodę na przejście odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązującej u niego segregacji.

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 26.04.2021
Nr zlecenia 3481185708
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu**Inżynier Serwisu** Dariusz Brzeziński

Data 26.04.2021	Podpis inżyniera	Podpis użytkownika  Katarzyna Wyskok / 2021-04-26
---------------------------	-------------------------	--