

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 08.08.2017  
Nr zlecenia 3490209309  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu - cz 3

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	28.06.2017	12:10:54
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający		
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt	940317453			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
08.08.2017	08:30:00	09:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
08.08.2017	09:00:00	12:00:00	03:00:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano cz 3 z 4.  
W ramach przebiegu sprawdzono stan rury awaryjnego wyrzutu helu, stan hydrauliki w stole pacjenta, poprawno pracuje stoł pacjenta włącznie z systemami awaryjnego zatrzymania stołu, wykonano testy jakości obrazowania oraz analizę logu błędów systemu. Wyniki w tolerancji, nie stwierdzono nieprawidłowości w systemie.  
W drzwiach wejściowych do pomieszczenia rezonansu jest niesprawny zamek w drzwiach. Zaleca się usunięcie wspomnianej usterki.  
Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 08.08.2017  
Nr zlecenia 3490209309  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 08.08.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika