

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 09.05.2017  
Nr zlecenia 3490206063  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu - cz. 2

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	10.04.2017	12:18:53
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający		
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt	940317453			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10606494	Pflegekit Stecksyst. ODU	1 SZT	0 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
09.05.2017	07:45:00	08:15:00	00:30:00	Czas dojazdu
09.05.2017	08:15:00	13:00:00	04:45:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano cz. 2 z 4.  
W ramach przebiegu wykonano testy jakości obrazowania wszystkich dostępnych cewek lokalnych, nasmarowano wtyczki cewek oraz gniazda w stole, sprawdzono stan układu chłodzenia, wykonano ogólne testy jakości obrazowania. Wyniki testów w tolerancji.  
Podczas przebiegu stwierdzono uszkodzenie zamka od drzwi do pomieszczenia z magnesem. Wskazana jest naprawa wspomnianego zamka.  
Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 09.05.2017  
Nr zlecenia 3490206063  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 09.05.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika