

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

**Adres wykonania usługi**  
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

**Data** 14.11.2019  
**Nr zlecenia** 3481056481  
**Nr zamówienia**  
**Kontakt**  
**Nr Telefonu**

**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Uzupełnienie wody

## Ogólna informacja

<b>Urzędzenie</b>	MAGNETOM Spectra_DE	<b>Data zgłoszenia</b>	13.11.2019 15:10:00
<b>Sygnatura</b>	KRZ1059/KRZ1313	<b>Zgłaszający</b>	.
<b>Numer urzędzenia</b>	10837643	<b>Nr Telefonu</b>	00618491640
<b>Numer seryjny</b>	72007		
	GRA		
<b>Kontrakt</b>	940407141		
<b>Opis Kontraktu</b>	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
<b>Nr lokalizacji</b>	060-1540000216-015	<b>Status aparatu</b>	Praca zaplanowana

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
14.11.2019	12:00:00	12:30:00	00:30:00	Czas dojazdu
14.11.2019	12:30:00	14:10:00	01:40:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Reakcja proaktywna na zgłoszenie przez system zdalnego monitorowania odnośnie niskiego ciśnienia wody w układzie chłodzenia. Stwierdzono wyciek na rurunku wymienianego ostatnio zaworu półcalowego wewnątrz szafy chłodzącej. Dodatkowe uszczelnienie na rurunku wspomnianego zaworu. Po wykonanych czynnościach nie stwierdzono nieszczelności na rurunku. Uzupełnienie poziomu wody we wtórnym układzie chłodzenia do wartości nominalnej. Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 14.11.2019  
Nr zlecenia 3481056481  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 14.11.2019	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika   Agnieszka Przepióra / 14.11.2019
--------------------	---	--