

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 26.04.2021
Nr zlecenia 3490268192
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Dariusz Brzezi ski

Opis zgłoszenia

Przeł d aparatu testy bezpiecze stwa

Ogólna informacja

Urz dzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	06.04.2021	07:48:34
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszaj cy		
Numer urz dzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	JAS			
Kontrakt	940472543			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

Zu ycie materiałów

Numer urz dzenia	Opis	Zu yte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Pocz tek	Koniec	Czas trwania	Aktywno
26.04.2021	10:30:00	15:00:00	04:30:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Wykonanie przeł du okresowego - cz testy bezpiecze stwa. Poziom ciekłego helu 61,8%. Wypełniony protokół konserwacji systemu, raport serwisowy i certyfikat został umieszczony w systemie teamplayFleet. Nast pny przeł d pa dziennik 2021. Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynno ci z uwzgl dnieniem uwagi zamieszczonej w protokole konserwacji.

W przypadku usługi płatnej obci enie nast pi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny



Klient wyra a zgod na przeł cie odpowiedzialno ci za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynno ci serwisowych, to same z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowi zuj cej u niego segregacji.

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 26.04.2021
Nr zlecenia 3490268192
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Dariusz Brzeziński

Data 26.04.2021	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Katarzyna Wyskok / 2021-04-26
--------------------	---	---