

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 22.05.2018  
Nr zlecenia 3480926688  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Realizacja oferty HCS/01355/01/18

## Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	17.05.2018 11:23:45
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PRZEPIÓRA AGNIESZKA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10500731	ACS In EPC 030	1 SZT	1 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
21.05.2018	09:00:00	09:30:00	00:30:00	Czas dojazdu
21.05.2018	09:30:00	14:00:00	04:30:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Realizacja oferty HCS/01355/01/18.  
Wymiana chłodziwa ACS w szafie EPC aparatu. Przeczystczenie filtra wody w układzie wtórnym. Przepłukanie aparatu wodą w celu usunięcia potencjalnych zanieczyszczeń z układu. Podczas wizyty nie stwierdzono nieszczelności w układzie. Szczelność układu zostanie ponownie zweryfikowana w dniu 22.05.2018 podczas aktywacji pola magnetycznego. Aparat do tego czasu nie pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 22.05.2018  
 Nr zlecenia 3480926688  
 Nr zamówienia  
 Kontakt  
 Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Data 22.05.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika   Agnieszka Przepióra / 22.05.2018
--------------------	---	--