

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 07.11.2017  
Nr zlecenia 3480880355  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

PROA Mon\_RET 3?60m times - Cooling Syste

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	06.11.2017 09:36:10
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	HSC PROACTIVE
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	USC
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940317453		
Opis Kontraktu	31966 (4*EV) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10399527	Leak detection dye	1 SZT	0 SZT
10568825	filter pad	1 SZT	0 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
07.11.2017	12:30:00	13:30:00	01:00:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis
------

## Tekst raportu

Uzupełnienie ciśnień wody we wtórnym układzie chłodzenia aparatu. Dodanie do układu rodka barwnego umożliwiającego zlokalizowanie źródła potencjalnego wycieku. Wyczyszczenie filtra wody w obiegu wtórnym. Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 07.11.2017  
Nr zlecenia 3480880355  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 07.11.2017	Podpis in ynieria	Podpis u ytkownika