

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 10.08.2016  
Nr zlecenia 3480771869  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Piotr Zamorski

## Opis zgłoszenia

Problem z uruchomieniem aparatu.

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	04.08.2016 08:35:56
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	SZELEJEWSKA BARBARA
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	00618491200/640
Numer seryjny	72007		
Kontrakt	940317453		
Opis Kontraktu	31966 (4*EV) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat nie pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10681869	Thyristor Rectifier 2	0 SZT	0 SZT
10759454	TX-Box lifting equipment	1 SZT	1 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
05.08.2016	10:00:00	17:00:00	07:00:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Diagnostyka systemu. Stwierdzono uszkodzenie TX-Box'a. Wymiana bloku nadajnika, konieczne regulacje i testy. Wyniki pomiarów przewodności przewodów ochronnych, w zakresie wykonywanych prac, w tolerancji.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 10.08.2016  
Nr zlecenia 3480771869  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Piotr Zamorski

Data 10.08.2016	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika