

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 04.09.2017  
Nr zlecenia 3480865021  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

PROA MRI\_COO\_57 3?60m times - Cooling Sy

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	04.09.2017 08:39:39
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	HSC PROACTIVE
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	USC
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940317453		
Opis Kontraktu	31966 (4*EV) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
04.09.2017	13:30:00	14:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
04.09.2017	14:00:00	15:45:00	01:45:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis
------

## Tekst raportu

Uzupełnienie poziomu wody w układzie chłodzenia wtórnego w reakcji na zgłoszenie z systemu zdalnego monitorowania stanu aparatu. Aparat pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 04.09.2017  
Nr zlecenia 3480865021  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 04.09.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika