

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 15.09.2017  
Nr zlecenia 3480867538  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Realizacja oferty HCS/02515/01/17

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	13.09.2017 15:24:39
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PANI PRZEPIÓRA
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007 GRA		
Kontrakt			
Opis Kontraktu			
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
10591342	Emergency stop button	1 SZT	0 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
15.09.2017	11:30:00	12:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
15.09.2017	12:00:00	12:30:00	00:30:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Wymiana połamanej obudowy przycisku STOP na stole pacjenta po lewej stronie. Testy przycisku STOP po wymianie obudowy.  
Przycisk funkcjonuje prawidłowo. Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 15.09.2017  
Nr zlecenia 3480867538  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 15.09.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika