

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 22.05.2018
Nr zlecenia 3480926177
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Problemy z doławką helu.

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	15.05.2018 15:13:21
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PRZEPÍÓRA AGNIESZKA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
21.05.2018	14:00:00	18:50:00	04:50:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Deaktywacja pola magnetycznego.
Poziom ciekłego helu przed rozpoczęciem pracy: 46,5%.
Poziom ciekłego helu po wyłączeniu pola magnetycznego: 44,5%.
Poziom ciekłego helu po zakończeniu doławki: 61,6%.
Brak możliwości aktywacji pola magnetycznego tego samego dnia, magnes wymaga stabilizacji temperatury wewnętrznej. Praca będzie kontynuowana w dniu 22.05.2018.
Poziom ciekłego helu w procesie stabilizacji temperatury aparatu może ulec zmianie.
Ciśnienie wody w obiegu wtórnym: 0,87 bara. Ciśnienie może ulec zmianie na skutek odpowietrzania się układu. Wartości ciśnienia w układzie zostaną ponownie zweryfikowane w dniu 22.05.2018.
Aparat nie pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca niezakończona. Uszkodzenie nieusunięte. Aparat nie pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 22.05.2018
 Nr zlecenia 3480926177
 Nr zamówienia
 Kontakt
 Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Data 22.05.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Agnieszka Przepióra / 22.05.2018
--------------------	---	--