

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 23.12.2019
Nr zlecenia 3481066358
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Uzupełnienie wody

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	20.12.2019 12:35:16
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający	.
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00618491640
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
23.12.2019	10:30:00	11:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
23.12.2019	11:00:00	11:50:00	00:50:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Reakcja na wykryty przez układ zdalnego monitorowania aparatu spadek ciśnienia wody we wtórnym układzie chłodzenia.
Uzupełnienie ciśnienia do nominalnych wartości.
Dodanie czynnika barwiącego do układu chłodzenia w celu ułatwienia zlokalizowania źródła wycieku.
Termin poszukiwania wycieku ustalono z użytkownikiem na 30.01.2020 na godz. 12:00.
Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 23.12.2019
Nr zlecenia 3481066358
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 23.12.2019	Podpis in yniera <i>Kurpi ski</i> <i>Szymon</i>	Podpis u ytkownika <i>Siewiera</i> Siewiera / 23.12.2019
--------------------	---	--