

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 09.05.2018
Nr zlecenia 3480909802
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

PROA Mon. CAN : Szpital Kliniczny Im. Kar

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	07.03.2018 10:42:46
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	HSC PROACTIVE
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	USC
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
09.05.2018	13:35:00	14:10:00	00:35:00	Czas dojazdu
09.05.2018	14:10:00	15:00:00	00:50:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Uzupełnienie wody we wtórnym układzie chłodzenia. Aparat pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 09.05.2018
 Nr zlecenia 3480909802
 Nr zamówienia
 Kontakt
 Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 09.05.2018	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika 
		Agnieszka Przepióra / 09.05.2018