

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 18.01.2021
Nr zlecenia 3481158982
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

PROA Mon_RET - The Primary/Secondary wat

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	13.01.2021 12:29:36
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszający	HSC PROACTIVE
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	USC
Numer seryjny	72007		
Kontrakt	JAS		
Opis Kontraktu	940472543		
Nr lokalizacji	33966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN 72007	Status aparatu	Praca zaplanowana
	060-1540000216-015		

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
18.01.2021	11:30:00	12:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
18.01.2021	12:00:00	13:00:00	01:00:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Reakcja na zgłoszenie z układu zdalnego monitorowania aparatu. System wykrył obniżenie ciśnienia wody we wtórnym układzie chłodzenia.

Uzupełnienie ciśnienia wody do wartości nominalnej. Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Klient wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązującej u niego segregacji.

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 18.01.2021
Nr zlecenia 3481158982
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

Data 18.01.2021	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Katarzyna Pawlak / 18.01.2021
---------------------------	--	--