

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 20.09.2022
Nr zlecenia 3481330289
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu
Inżynier Serwisu Paweł Tor

Opis zgłoszenia

Artefakty na badaniach.

Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra (DE)	Data zgłoszenia	26.08.2022 09:30:08
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313 KRZ1553A	Zgłaszający	DORATA SIEWIERA
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	+48693922255 +48618491640
Numer seryjny	72007		
	JAS		
Kontrakt	940518635		
Opis Kontraktu	GAL01026 (2*) Magnetom Spectra SN 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Syst. Operation (Partially Down)

Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
13.09.2022	08:30:00	09:00:00	00:30:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Zdanie wymieniono cewkę Spine, zapisano nową cewkę w konfiguracji MR, wykonano testy QA nowej cewki - wyniki w specyfikacji producenta.
Aparat sprawny w zakresie wykonanych prac.
Obserwacja do 15-16/09. Do momentu akceptacji oferty na nową cewkę pozostaje ona własnością firmy Siemens Healthcare sp z o.o.
}

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Klient wyraża zgodę na przejście odpowiedzialności za odpady wytworzone w trakcie realizacji czynności serwisowych, to samo z odpadami wytwarzanymi przez Klienta z zachowaniem obowiązującej u niego segregacji.

Praca planowana niezakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 20.09.2022
Nr zlecenia 3481330289
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu
Inżynier Serwisu Paweł Tor

Data	Podpis inżyniera	Podpis użytkownika
20.09.2022		