

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 25.06.2020
Nr zlecenia 3481107485
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Wyłczył się w trakcie badania.

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	24.06.2020 14:29:43
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający	KATARZYNA PAWLAK
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00785214430
Numer seryjny	72007		
Kontrakt	JAS		
Opis Kontraktu	940472543		
Nr lokalizacji	33966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN 72007	Status aparatu	Aparat nie pracuje
	060-1540000216-015		

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
25.06.2020	11:20:00	12:00:00	00:40:00	Czas dojazdu
25.06.2020	12:00:00	16:10:00	04:10:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Diagnostyka różniła problemów z aparatem. Stwierdzono problemy z torem nadawczym w aparacie.
Zamówienie czynniki na diagnostykę. Praca będzie kontynuowana w dniu 26.06.2020.
Aparat niesprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca niezakończona. Uszkodzenie nieusunięte. Aparat nie pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 25.06.2020
Nr zlecenia 3481107485
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 25.06.2020	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika  Katarzyna Pawlak / 25.06.2020
--------------------	---	--