

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 07.11.2017  
Nr zlecenia 3480880386  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu wg. kontraktu 31966

## Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	06.11.2017 10:30:48
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	NATALIA GRAJ
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	.
Numer seryjny	72007		
	GRA		
Kontrakt	940317453		
Opis Kontraktu	31966 (4*EV) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana

## Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
07.11.2017	13:30:00	18:15:00	04:45:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano czyszczenie 4 z 4.  
W ramach przebiegu wykonano testy ERDU, wymieniono filtr powietrza pacjenta, sprawdzono stan magnesu pod względem szczelności układu oraz stabilności ciśnień i temperatur, wykonano testy jakości obrazowania. Wyniki testów w tolerancji.  
Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 07.11.2017  
Nr zlecenia 3480880386  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu  
  
In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Data 07.11.2017	Podpis in yniera	Podpis u ytkownika